**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**
**(в редакции № 1)**

30 июня 2025 года

**Номер процедуры:** 0102725017DP
**Реестровый номер (ЕИС):** 32514830482

## I. Общие положения

**Способ закупки:** Аукцион в электронной форме.
**Сведения об организаторе:** Государственное автономное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск (ИНН: 7450006213, КПП: 746001001, ОГРН: 1027402818178).
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2.
Почтовый адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2.
**Сведения о заказчике:** Государственное автономное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск (ИНН: 7450006213, КПП: 746001001, ОГРН: 1027402818178).
Место нахождения: 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2.
Почтовый адрес: 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2.
**Контактная информация:** Никитина Е. А., тел.: 8(351)722-15-69, e-mail: dgkb8@mail.ru
**Сведения об операторе электронной площадки:** ООО «РЭСТ».
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 31, офис 7 тел.: +7 (347) 246 80 72.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 31, офис 7, тел.: +7 (347) 246 80 72
Ответственное лицо: Сулейманов А. М., тел.: +7 (347) 246-80-72, support@r-est.ru.
**Наименование закупки:** Шприцевые насосы инфузионные
**Предмет договора (лота):** Шприцевые насосы инфузионные.
**Классификация товаров, работ, услуг:**

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Вид требования | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфузионные насосы | 20 (Штука) | | 32.50.13.160: Инфузионные насосы | 32.50: Производство медицинских инструментов и оборудования |

**Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** Инфузионные насосы: 20 Штука.
**Начальная (максимальная) цена договора (лота):** 4 247 206.00 руб.
**Особенности проведения закупки:** устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами; требуется согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); требуется декларация о соответствии участника закупки обязательным требованиям.
**Срок предоставления документации о закупке:** с 13 мая 2025 года по 27 июня 2025 года.
**Место предоставления документации о закупке:** ООО «РЭСТ» https://r-est.ru.
**Порядок предоставления документации о закупке:** ООО «РЭСТ» https://r-est.ru.
**Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке:** https://r-est.ru.
**Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке:** плата не установлена.
**Место подачи заявок:** ООО «РЭСТ» https://r-est.ru.

**Дата начала подачи заявок:** 13 мая 2025 года.
**Дата и время окончания подачи заявок:** 27 июня 2025 года в 09:00 МСК+2.
**Место, дата и время рассмотрения заявок:** 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2, 30 июня 2025 года в 13:47 МСК+2.
**Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится закупка в электронной форме:** https://r-est.ru.
**Дата и время начала проведения торгов:** 1 июля 2025 года в 11:00 МСК+2.
**Место, дата и время подведения итогов закупки:** 454047, г. Челябинск, ул. Дружбы, д.2, 2 июля 2025 года в 14:00 МСК+2.

## II. Сведения о результатах рассмотрения первых частей заявок

**Сведения об участниках, подавших заявки на участие в закупке:**

| Дата и время регистрации заявки | Номер заявки участника закупки | Почтовый адрес |
|---|---|---|
| 26.06.2025 13:24:08 МСК+2 | Заявка №27450 | - |
| 26.06.2025 14:39:33 МСК+2 | Заявка №27451 | - |

**Сведения об участниках, допущенных к участию в закупке:**

| Номер заявки участника закупки | Почтовый адрес |
|---|---|
| Заявка №27450 | - |

**Сведения об участниках, которым отказано в допуске к участию в закупке с указанием причин отклонения:**

| Номер заявки участника закупки | Почтовый адрес | Причина отклонения |
|---|---|---|
| Заявка №27451 | - | Наличие недостоверной информации в части "Минимальная скорость инфузии" в спецификации Заказчика: "Наименование характеристики" "Минимальная скорость инфузии не более 0,01 мл/ч" в Заявке участника к поставке предлагается Насос шприцевой НР-30, в соответствии с Инструкцией к данному шприцевому насосу Минимальная скорость инфузии 0,1 мл/ч. Однако в заявке участник указал Минимальная скорость инфузии - 0,01 мл/ч |

## III. Сведения о признании закупки несостоявшейся

Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке

**Состав комиссии:**

| Комиссия | | |
|---|---|---|
| **Роль в комиссии** | **Ф.И.О.** | **Подпись** |
| Председатель комиссии | Аверин Андрей Петрович |  |
| Член комиссии | Никитина Елена Алексеевна | |
| Секретарь комиссии | Александрова Светлана Федоровна | |